

# 乐山市市中区卫生健康局 茅桥镇中心卫生院医疗设备采购需求调查公告

乐山市市中区卫生健康局拟采购茅桥镇中心卫生院医疗设备一批，现开展需求调查，欢迎广大供应商、生产厂家等积极参与。

## 一、项目名称

茅桥镇中心卫生院医疗设备采购

## 二、项目需求表

序号	货物名称	应用范围要求	主要配置、功能及技术参数要求	数量	单位	预算单价（万元）
1	腹腔镜	满足肝胆外科， 胃肠外科，妇	配置：摄像主机、LED光源、显示器、 腹腔镜、气腹机、医用台车、腹腔镜	1	台	150

			灭菌盒 功能:摄像系统主机连接 4K 分辨率摄像头,具备 4K 图像处理性能,能够输出 3840*2160P 60Hz 动态图像; 4k 医用显示器 $\geq$ 55 寸, $\geq$ 178° 可视角度;光学试管腹腔镜可进行高温高压、等温等离子等灭菌			
2	彩超	腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、	配置: 主机、对应软件功能模块、对应功能探头 功能: 高分辨率血流成像、微细血流成像等功能,具有脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒等可运用于	1	1 台	140

		肌骨、颅脑、盆底及其它	B/C/M 等多种模式下。			
3	数字化 X 射线装置 (DR)	满足全身各部位立位和卧位的拍摄临床需求	配置：高压发生器、X 射线管组件、平板探测器、限束器、固定拍片床机架、工作站。 功能：非晶硅整板探测器 $\geq 43 \times 43\text{cm}$ ，采集矩阵 $\geq 3072 \times 3072$ ，空间分辨率 $\geq 3.61\text{p/mm}$ ；X 射线管和高压发生器最高电压 $\geq 150\text{kV}$ ，管电流 $\geq 500\text{mA}$ 。	1	1 台	60
4	心电图机	满足临床需要		1	1 台	1.5

5	儿童视力 筛查仪	满足临床需要		1	台	10
6	碳14检测 仪	满足临床需要		1	台	3
7	万能骨科 牵引架	满足临床需要		1	台	1
8	电针治疗 仪	满足临床需要		7	台	0.28
9	多功能双 摇骨科牵 引床	满足临床需要		3	套	0.8
10	除颤仪	满足临床需要		2	台	6

11	微量泵	满足临床需要		2	台	0.8
12	叩击式排痰机	满足临床需要		1	台	3.8
13	等离子空气消毒机	满足临床需要		4	台	0.5
14	低温等离子过氧化氢灭菌系统	满足临床需要		1	台	17
15	无菌治疗柜	满足临床需要		3	台	0.48

16	床单消毒器	满足临床需要		2	台	1.5
17	综合牙科治疗椅	满足临床需要		1	台	3
18	牙片机	满足临床需要		1	台	2
19	多功能治疗床	满足临床需要		1	台	5

### 三、参与需求调查的供应商需提交的文件如下：

(一) 根据采购人的项目需求表填报推荐产品明细表（注意顺序要与项目需求表一致）

推荐产品明细表						
序号	货物名称	推荐产品的生产厂家及规格型号	推荐产品应用范围	推荐产品的详细配置、功能及技术参数	质保情况及售后服务	市场报价（元）
						推荐产品是否存在专机专用耗材（若有需填报耗材名称、生产厂家、规格型号、市场单价）



(二) 供应商公司及产品的资质证明材料（供应商资质及产品医疗器械注册证等）。

(三) 法定代表授权书、法人身份证和被授权人身份证复印件。

(四) 推荐产品的介绍资料：技术参数、配置清单、售后服务、软件保修期、硬件保修期、宣传彩页等相关资料。

(五) 推荐产品或同类采购项目历史成交信息情况汇总（包括项目名称、项目编号、成交/中标产品名称、规格型号、生产厂家、成交/中标价、主要配置情况，且顺序按照项目需求表的顺序排列），并提供作证资料如政府采购项目成交/中标公告截图或成交/中标通知书或合同复印件。

#### 四、提交文件截止日期及要求

2022年6月20日17:00之前分别以电子版和纸质版形式提交。请参加需求调查的供应商及时按公告要求提交完整的相应资料，否则造成的损失由供应商自行负责。

(一) 盖章纸质版请提交至乐山市市中区卫生健康局3楼。联系人：甘老师，联系电话：17628185666。

(二) 电子版请提交至邮箱：6724089@qq.com，规范邮件名称：【乐山市市中区卫生健康局茅桥



镇中心卫生院医疗设备采购需求调查】+公司名称。



